

Safty Tests As Below Showed The High Level of Quality Of Our Products

次の沢山の実験からこちらの商品の高品質を伺えます。(シリコンジェルバストインプラント)
如下所示大量的實驗顯示我們的高品質產品（硅橡膠充填人工乳房）

1) BIOLOGICAL TEST FOR SAFTY:

生体安全性試験:

人體安全性實驗:

BIOCOMPATIBILITY TEST	生体適合性試験	人體生物相容性實驗
Skin Sensization	皮膚アレルギー性試験	皮膚致敏實驗
Acute Systemic Toxicity	急性全身毒性試験	急性全身毒性實驗
Sterility Test	無菌試験	無菌實驗
Pyrogen Test	熱生成試験	熱原實驗
Hemolytic Effect Test	体内溶血試験	溶血實驗
Intracutaneous Irritation	皮膚内刺激試験	皮内刺激
Ames Test	AMES 試験	AMES 實驗
Implantation Test	筋肉内移植試験	肌肉植入實驗
Cytotoxicity Testing	体内細胞毒性試験	細胞毒性實驗

2) Test To show Shell' s physical characteristics:

豊胸インプラントのバッグの物理特性： 乳房假體外壳的物理特性:

TEST NAME	RESULT	試験名	結果	實驗名	結果
Rupture Point Extension	>900%	シエルの伸び率テスト	900%以上	外膜伸長率試験	900%以上
Break(Rupture)Force Testing	》15N	破裂テスト	》15N	扯斷力試験	》15N
Deformation Rate At Definite Elongation	《5%	定伸变形率	《5%	定伸力试验	《5%
hermetic closure testing	PASS	密閉性能试验	合格	密閉性能試驗	合格
Shell/patch Joint Strength Testing	200%10s	シエルパッチ結合部位強度試験	200%10s	封口鏈接強度試驗	200%10s
Endurance test	PASS	耐久性試験	合格	耐久性試驗	合格
Fatigue Rupture	PASS	疲勞破裂試験	合格	疲勞破裂試驗	合格
Static Ruptue Test	PASS	靜態破裂試験	合格	靜態破裂試驗	合格

3) Chemical Analysis Test; 化学分析試験；化學分析試験；

4) Gel Cohesive Test; ゲールコヒーシブテスト；凝膠粘度試験；

5) Gel bleed Testing;ゲール浸出ブテスト；凝膠滲出試験；